



KLASA:406-10/22-01/28
URBROJ:2137-109-07-22-12
Koprivnica, 03.08.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Pravilnika o postupku jednostavne nabave roba, radova i usluga Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije donosi

ODLUKU

o poništenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude

I

Podaci o javnom Naručitelju: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica.

II

Predmet nabave: Sustav za vakuum membransku filtraciju - Poziv za dostavu ponuda
KLASA:406-10/22-01/28, URBROJ:2137-109-07-22-2 od 10.6.2022.

III

Broj odluke o odabiru koja se poništava: KLASA:406-10/22-01/28, URBROJ:2137-109-07-22-7 od 20.6.2022.

IV

Naziv ponuditelja čiji odabir se poništava ovom odlukom:

LABOMAR d.o.o., Gmajnje 24, Zagreb.

V

Razlozi poništenja odluke o odabiru:

Provedenim postupkom nabave utvrđeno je da je ponuda ponuditelja LABOMAR d.o.o., Gmajnje 24, Zagreb, sukladna uvjetima iz nadmetanja, prihvatljiva, prikladna i prema kriteriju odabira odabrana kao najpovoljnija. Dana 20.6.2022. godine donesena je Odluka o odabiru (KLASA:406-10/22-01/28, URBROJ:2137-109-07-22-7 od 20.6.2022.) te je ista dostavljena svim ponuditeljima i objavljena na internet stranici Naručitelja.

Dana 22.7.2022. godine od strane ponuditelja izvršena je instalacija sustava za vakuum membransku filtraciju. Nakon instalacije, utvrđeno je da instaliran sustav nije funkcionalan budući da spoj odvodnog silikonskog crijeva s bocom nije ispravan. Vremenski rok za dobavu

i zamjenu boce, te stavljanje uređaja u funkcionalno stanje ne odgovara Naručitelju te je 27.7.2022. godine, izvršena demontaža uređaja od strane ponuditelja i njegovo preuzimanje.

VI

Naručitelj će donijeti novu odluku o odabiru ponovnim rangiranjem valjanih ponuda


VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

VII

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Ravnateljica Zavoda:
dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.
spec. epidemiologije



Dostaviti:

1. Labomar d.o.o., Gmajnje 24, Zagreb,
2. Ohm LAB d.o.o. Stjepana Radića 28, Zabok
3. Objava na internet stranici Naručitelja
4. Arhiva.